



E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

rev 04 del 29 gennaio 2018

Prodotto: reflexx 78 - art. R78/XS- art. R78/S- art. R78/M- art. R78/L- art. R78/XL

Emessa da G.Isetti - Amm.re Unico

Pag.: 1/1

## GUANTI MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE DA ESAME MARCHIO REFLEXX 78

La società Reflexx S.p.A., sita in via Passeri, 2 a Viadana (MN), in qualità di Fabbricante, dichiara che il prodotto a margine soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive della Comunità Europea:

- come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE (CIMAC, centro autorizzato ministeriale n. 0465). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420:2003 + A1 2009, EN 374-1:2016 TIPO B, EN 374-2:2015, EN 374-4:2013 e EN 374-5:2016
  
- Come Dispositivo Medico rientra in Classe I tra i dispositivi da esame anche invasiva destinati ad un uso temporaneo ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE. Il prodotto è in accordo con le normative EN 455 1-2-3 e 4. CND T01020204 GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE.

**Progressivo di Sistema Attribuito al DM: mis. XS/1564830 S/1543992 M/1543993 L/1543994 XL/1543995**

In fede

**REFLEXX S.p.A.**  
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)  
P.I. e C.F. 02085450209  
Tel.: 0375/833164 - Fax: 0375/464504  
e-mail: info@reflexx.com